



Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica objavljuje informaciju o podnetom pitanju u otvorenom postupku javne nabavke broj 46/1-11-2015 **Materijal za potrebe laboratorije**

Naručilac je dana 29.05.2015. godine primio pitanje zavedeno pod brojem 46/10-87-2015 od zainteresovanog lica koje glasi:

Molim odgovore na sledeca pitanja za Partiju 6.

1. Stavka 17. – da li je trazeni precnik 40 mm untrasnji ili spoljasnji, obzirom da je uobicajeno da su dimenzije 42x300 mm, sa ovom debljinom zida 1,6 mm
2. Stavka 19. Da li navedeni slif 40x38 treba da bude samoi dole na hladnjaku ili treba da bude i gore i dole?

Naručilac je dana 29.05.2015. godine poslao **odgovor** zainteresovanom licu koje glasi:

za Partiju 6.

1. stavka 17. - Odgovara kiveta prečnika od 42 mm, stat će u otvor radnog mesta našeg termobloka.
2. stavka 19. – na vazdušnom hladnjaku samo na donjoj strani, tj. samo sa jedne strane treba da bude šlif 40 x 38.

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica