



Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica objavljuje informaciju o podnetom pitanju u otvorenom postupku javne nabavke broj 46/1-11-2015 **Materijal za potrebe laboratorije**

Naručilac je dana 05.06.2015. godine primio pitanje zavedeno pod brojem 46/10-101-2015 od zainteresovanog lica koje glasi:

Stavka 2- Da li je odgovarajuće ponuditi Durham cevčice 8x40mm?

Stavka 34-Da li je odgovarajuće nuditi

Tikvicu ravno dno 100 ml, široko grlo sa šlifom NS 29/32, grlo srednje dužine, visina tikvice **105 mm**, promer tikvice 64mm?

Stavka 35- S obzirom na to da Vam je potreban deo aparata, molim Vas da navedete proizvođača I tip aparata za koji je Vam je tikvica potrebna.

Molim Vas proverite numeraciju stavki posto nedostaju stavke 45 I 46.

Stavke 47,48,49,50-Da li su Vam potrebne Reagens boce široko ili usko grlo?

Naručilac je dana 08.06.2015. godine poslao **odgovor** zainteresovanom licu koje glasi:

za Partiju 6. Staklarija

1. stavka 2. – Potrebne su nam Durhamove cevčice dimenzije 6 x 50 mm.
2. stavka 34. – Odgovara nam tikvica srednje dužine , ukupne visine 105 mm.
3. stavka 35. – Destilacioni aparat nam služi za redestilaciju destilovane vode. Aparat koji koristimo, je sastavljen u našoj laboratoriji od laboratorijske staklarije koje se moglo nabaviti na tržištu.
4. stavke 47, 48, 49 i 50 – Potrebne su reagens boce usko grlo.