



JKP «Водовод и канализација» Суботица  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka  
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 45/26-11-2018  
Dana: 19.09.2018. godine

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) naručilac objavljuje

**Predmet: Odgovor na Zahtev za pojašnjenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom –  
dobara: Materijal za potrebe laboratorije (po partijama) JN 45/26-2018**

Naručilac je dana 19.09.2018. godine primio zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije od zainteresovanog lica:

Molimo Vas za pojašnjenje JN 45/26-2018 za partiju 2 laboratorijsko staklo za Stavke br.17 I 37.

Traženi artikli, njihov opis naveden u tehničkoj specifikaciji nije prepoznatljiv ni kod jednog proizvođača kao takav. Molimo Vas da u skladu sa osnovim načelima javnih nabavki pomenute stavke izdvojite u posebnu partiju kako biste omogućili učesatvovanje svim ponuđačima ili da navedete proizvođača, sliku, kataloški broj traženih artikala koje ste do sada koristili.

Komisija naručioaca objavljuje odgovor:

JN 45/26-2018 za partiju 2 laboratorijsko staklo za Stavku br. 17.

Kiveta za centrifugu - U opisu tehničke specifikacije navedene su tačne dimenzije na osnovu uzoraka kiveta koje trenutno koristimo. Iste su dostupne na tržištu. Naručilac ne zahteva određenog proizvođača za stavku br. 17.

45/26-2018 za partiju 2 laboratorijsko staklo za Stavku br. 37.

Sisaljka na vodeni mlaz – U opisu tehničke specifikacije navedena je dužina sisaljke na vodeni mlaz na osnovu artikla koja je trenutno u upotrebi. Naručilac ne zahteva određenog proizvođača za stavku br. 37.