



JKP «Водовод и канализација» Суботица  
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica  
Vízűvek és Csatornázási Kommunális Kővállalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 45/10-112-2016  
Dana: 26.07.2016. godine

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) objavljujemo:

**Predmet: Odgovor u vezi sa konkursnom dokumentacijom broj 45/1-45-2016 – Materijal za potrebe laboratorije :**

- partija 1. Osnovne hemikalije
- partija 2. Specijalne hemikalije
- partija 3. Bakteriološke podloge
- partija 4. Reagensi i detektori hlora
- partija 5. Staklarija
- partija 6. Mobilni merni instrumenti i rezervni delovi
- partija 7. Rezervni delovi
- partija 8. Filter papiri

Naručilac je dana 26.07.2016. godine primio pitanje zavedeno pod brojem 45/10-111-2016 od zainteresovanog lica koje glasi:

partija 4. stavka2. Da li se radi o termometru sa ubodnom sondom za merenje temeprature u uzorcima, termometru sa sondom za vodu ili termometru sa sondom za vazduh, jer se radi o merilima koji imaju različitu primenu?

Da li se traži temperaturni opseg od -30 +100C ili -50 do 300C, jer su u tehničkoj dokumentaciji navedena oba opsega? Koji je za Vaše potrebe odgovarajuć?

### **Komisija naručioca objavljuje odgovor**

Prvenstveno su nam potrebna ubodne sonde za merenje temperature za uzorke koje se odnose na vodu, s tim da povremeno vršimo merenje temperature vazduha na terenu.

Navedena su oba temperaturna opsega iz razloga, jer nama najviše odgovara opseg od -30 do +100 oC.

Prihvatljive su ponude gde se nude termometri u opsegu: minimum od -50 do -30 oC i maksimum od +100 do +300 oC.

Član komisije za javnu nabavku:

Trungel M. Edit, dipl.inž.hem

