



JKP «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízűvek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 45/10-121-2016

Dana: 28.07.2016. godine

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) objavljujemo:

Predmet: Odgovor u vezi sa konkursnom dokumentacijom broj 45/1-45-2016 – Materijal za potrebe laboratorije :

- partija 1. Osnovne hemikalije
- partija 2. Specijalne hemikalije
- partija 3. Bakteriološke podloge
- partija 4. Reagensi i detektori hlora
- partija 5. Staklarija
- partija 6. Mobilni merni instrumenti i rezervni delovi
- partija 7. Rezervni delovi
- partija 8. Filter papiri

Naručilac je dana 26.07.2016. godine primio pitanje zavedeno pod brojem 45/10-116-2016 od zainteresovanog lica koje glasi:

Materijal za potrebe laboratorije partija br.6 .Mobilni merni instrumenti I rezervni delovi – JN 45/1-45-2016

Za stavku broj 4-Dispenser varijabilan 0,2-2ml-da li je prihvatljivo ponuditi dispenser varijabilni opseg 0,25-2,5ml?

Materijal za potrebe laboratorije partija br.5) – JN 45/1-45-

Partija broj 5-Staklarija

Za stavku broj 10-epruvete bakteriološke 25x200-da li je prihvatljivo ponuditi epruvete 25x250 ,ili 20x200?

Materijal za potrebe laboratorije partija br.1,2– JN 45/1-45

Partija broj 1 osnovne hemikalije I partija 2-specijalne hemikalije

Za partiju 1i partija br.2- trazi se da se dostavi sertifikat proizvođača o kvalitetu za svaku hemikaliju ,

Da li je prihvatljivo da kao dokaz,potvrdu kvaliteta hemikalija se dostavi tehnička specifikacija od proizvođača za date hemikalije za svaku stavku iz partije ,s obzirom da sertifikat analize prati hemikaliju prilikom isporuke ,kao I msds liste.

Komisija naručioca objavljuje odgovor

partija br.6 .Mobilni merni instrumenti I rezervni delovi

Za stavku broj 4-Dispenser varijabilan 0,2-2ml-, prihvatljivo je ponuditi dispenser varijabilni opseg navedene u specifikaciji.

Partija broj 5-Staklarija

Za stavku broj 10-epruvete bakterioloske 25x200-,

Nije prihvatljiva dimenzija koju ste Vi naveli. Traže se dimenzije navedene u specifikaciji.

Partija broj 1 osnovne hemikalije I partija 2-specijalne hemikalije

a partiju 1 i partija br.2- trazi se da se dostavi sertifikat proizvođjaca o kvalitetu za svaku hemikaliju ,

Da, prihvatljivo je da se kao potvrda kvaliteta hemikalija dostavii tehnicka specifikacija od proizvođjaca za date hemikalije za svaku stavku iz partije.

Član komisije za javnu nabavku:

Trungel M. Edit,dipl.inž.hem

