



JKP «Водовод и канализација» Суботица  
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 45/10-22-2016

Dana: 31.03.2016. godine

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) dostavljamo Vam

**Predmet: Odgovor u vezi sa konkursnom dokumentacijom broj 45/1-15-2016 – Prenosivi instrument za merenje rastvorenog kiseonika i pH**

Naručilac je dana 29.03.2016. godine primio pitanje zavedeno pod brojem 45/10-22-2016 od zainteresovanog lica koje glasi:

1) „Vezano za javnu nabavku broj 45/1-15-2016

U prilogu koji se odnosi na tehničku specifikaciju na strani 31 tenderske dokumentacije, stoji da se traži uređaj sa pratećom opremom, međutim, nigde ne stoji koje senzore želite da nabavite, kao i koje su tehničke specifikacije samih senzora.

Da li bi ste mogli da nam saopštite koji su tehničke specifikacije senzora?“

**Komisija naručioca objavljuje odgovor:**

1. “Ovom javnom nabavkom nije predviđena kupovina senzora, samo instrumenta sa pratećom opremom.

Prateća oprema podrazumeva terenski kofer, uputstvo, stalak, čašu, dva pufera, rastvor za čuvanje elektrode, standard za provodljivost, CD-ROM, USB kabal, punjive baterje i strujni adapter, kao što je navedeno u dokumentaciji.

Takođe su u obrascu tehnička specifikacija iz konkursne dokumentacije navedene neke karakteristike senzora (opsezi i temperature) za merenje rastvorenog kiseonika, pH i provodljivosti, koji se mogu povezati na instrument.

Napred navedene tehničke karakteristike nalaze se u Obrascu broj 9. Tehnička Specifikacija na strani 31/36 i 32/36 Konkursne dokumentacije.”

Predsednik komisije za javnu nabavku:

-Biljana Isić, mast.inž.tehnol. *gi Isić*

