



Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica objavljuje informaciju o podnetom pitanju u otvorenom postupku javne nabavke broj 46/1-11-2015 **Materijal za potrebe laboratorije**

Naručilac je dana 10.06.2015. godine primio pitanje zavedeno pod brojem 46/10-108-2015 od zainteresovanog lica koje glasi:

Partija 7- mobilni i merni instrumenti

stavka 3- tražen je lab termometar živin dužine do 200 mm.

Da li je odgovarajuće ponuditi termometar dužine 260 mm, jer je uobičajena dužina termometra ovog opsega i podele oko 300 mm? Takođe, da li je odgovarajuće ponuditi termometar sa neživinim/alkoholnim punjenjem, s obzirom da će upotreba žive uskoro biti zabranjena na teritoriji EU?

Stavka 5- da li je odgovarajuće ponuditi termometar opsega do +150 °C , tražen je do 100°C, sa svim ostalim karakteristikama koje su odgovarajuće traženim.

Naručilac je dana 10.06.2015. godine poslao **odgovor** zainteresovanom licu koje glasi:

za Partiju 7. \mobilni i merni instrumenti

1. stavka 3. – Potrebne su nam termometri dužine 200 mm i ne odgovaraju dužine 260 ili 300 mm. Termometre koristimo na terenu u svim vremenskim i radnim uslovima, pa je lakše raditi sa kraćim termometrima.
Prihvatićemo ponude termometra i sa alkoholnim punjenjem.
2. stavka 5. – Termometar će nam služiti prilikom destilacije hloroforma (tačka ključanja 61,2 °C) iz tog razloga očekujemo ponude termometra opsega do 100 °C.

JKP"Vodovod i kanalizacija"Subotica